

Số /BVP-KD

Tx Phú Thọ, ngày 06 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Việt Nam.

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu bảo dưỡng bảo trì, thay thế linh kiện Máy hút chân không, Máy nén trung tâm thuộc Hệ thống oxy trung tâm, phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.

- Đại chỉ: Số 402 khu Thanh Bình phường Thanh Vinh thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông. Hoàng Văn Thiệu - chức vụ: Trưởng khoa Dược –VTYT.

- Số điện thoại: 0966270711.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp: Khoa dược –VTYT bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ

- Nhận qua email: khoaduocbenhvienlao@gmail.com

Thời hạn tiếp nhận báo giá từ 8h ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 16 tháng 9 năm 2023. (các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét)

Thời hạn có hiệu lực báo giá : Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Bảo dưỡng bảo trì, thay thế linh kiện Máy hút chân không, Máy nén trung tâm thuộc Hệ thống oxy trung tâm.

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ	
	Bảo dưỡng bảo trì, thay thế linh kiện Máy hút chân không, Máy nén trung tâm thuộc Hệ thống oxy trung tâm	1. Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì					10 ngày
		- Bảo dưỡng toàn bộ máy hút chân không	01	HT	Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ		
		- Kiểm nhiệt độ, vệ sinh máy nén khí, hiệu chỉnh cảm biến	01	HT			
		- Kiểm máy sấy, vệ sinh bộ aftercooler, các bộ xả ngưng tự động	01	HT			
		- Bảo dưỡng cụm khí nén	01	HT			
		2. Vật tư thay thế					
		2.1 Vật tư thay thế máy hút chân không					
		- Lõi lọc tách dầu	04	Cái	Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ		
		- Lõi lọc đường ống	02	Cái			
		- Lõi lọc gió đầu vào	02	Cái			
		- Dầu máy hút chuyên dụng	02	Can			
		2.2 Vật tư thay thế máy nén khí					
		- Lõi lọc đường ống	03	Cái	Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ		
		- Lọc gió đầu vào máy nén khí	01	Cái			
		- Bộ xả nước tự động đáy bình khí	01	Bộ			

Lưu ý: Linh kiện vật tư thay thế đảm bảo mới 100%, hoàn toàn tương thích, phù hợp với thiết bị hoạt động tại bệnh viện.

Thời gian bảo hành vật tư y tế, bảo dưỡng sửa chữa tối thiểu 03 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng

Điều kiện về giá : Giá chào bao gồm cả thuế và các chi phí vận chuyển, lưu kho bãi.

Trân trọng cảm ơn./.

Ngày 06 tháng 9 năm 2023

**ĐẠI DIỆN BÊN MỜI BÁO GIÁ
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, KT.

Lê Anh Hải